

表 1 基幹施設における常用参照標準物質の測定値 (集計値および表示値からのかたより) →

項目	施設数	集計対象	標準試料	平均値	S. D.	C. V.
UN	147	全施設	GN3-6 HH	43.973	0.836	1.90
			GN3-6 H	24.711	0.467	1.89
			GN3-6 M	10.051	0.254	2.53
UA	147	全施設	GN3-6 HH	11.216	0.163	1.45
			GN3-6 H	7.775	0.120	1.54
			GN3-6 M	4.333	0.084	1.93
CRE	147	全施設	GN3-6 HH	6.618	0.110	1.66
			GN3-6 H	1.790	0.033	1.86
			GN3-6 M	0.759	0.022	2.89
GLU	146	全施設	GN3-6 HH	238.737	2.812	1.18
			GN3-6 H	132.466	1.596	1.20
			GN3-6 M	74.043	1.143	1.54
TC	147	全施設	CHT L	131.343	1.982	1.51
			CHT M	175.078	2.610	1.49
			CHT H	229.485	3.315	1.44
TG	147	全施設	CHT H	88.025	2.602	2.96
			CHT TG	189.681	4.765	2.51
HDL-C	147	全施設	CHT L	42.398	1.599	3.77
			CHT M	73.233	2.514	3.43
Ca	147	全施設	CA-6 H	12.019	0.234	1.94
			CA-6 M	9.616	0.205	2.13
Na	146	全施設	CA-6 H	154.880	0.972	0.63
			CA-6 M	141.638	0.847	0.60
K	146	全施設	CA-6 H	5.627	0.054	0.97
			CA-6 M	4.563	0.046	1.00
Cl	146	全施設	CA-6 H	120.823	1.153	0.95
			CA-6 M	103.782	1.079	1.04
AST	147	全施設	JC-ERM	166.383	2.387	1.43
ALT	147	全施設	JC-ERM	164.242	2.243	1.37
CK	147	全施設	JC-ERM	447.479	6.301	1.41
ALP	147	全施設	JC-ERM	447.475	14.879	3.33
	144	異常値を除外	JC-ERM	448.461	9.556	2.13
LD	147	全施設	JC-ERM	432.517	40.949	9.47
	146	異常値を除外	JC-ERM	429.193	7.291	1.70
GGT	147	全施設	JC-ERM	155.664	2.995	1.92
AMY	147	全施設	JC-ERM	350.502	40.858	11.66
	141	異常値を除外	JC-ERM	344.809	22.436	6.51
ChE	144	全施設	JCCLS	497.965	53.303	10.70
	137	異常値を除外	JCCLS	509.525	14.707	2.89
ALB	147	全施設	IRMM CRM470	3.970	0.087	2.18
CRP	146	全施設	IRMM CRM470	3.833	0.470	12.26
	144	異常値を除外	IRMM CRM470	3.886	0.140	3.59
IgG	128	全施設	IRMM CRM470	981.672	35.045	3.57
IgA	128	全施設	IRMM CRM470	197.556	6.327	3.20
IgM	128	全施設	IRMM CRM470	81.628	3.653	4.48
HbA _{1c}	141	全施設	GHB M	5.255	0.093	1.76
			GHB H	7.474	0.139	1.86
			GHB HH	10.558	0.222	2.10
LDL	135	全施設	LDL-C	127.729	3.730	2.92