

表2. 基幹施設における20日間連日測定の日間精度項目別比較(その2)

項目	試料	集計対象	施設数	Xbar	SD	平均 CV%	最大 CV%	95%許容 CV%	誤入力除外数	評価基準 CV%	評価基準判定 ^{※注}	
TP	S-38	全施設	146	6.30	0.05	0.87	3.14	1.46		1.5	○	
	S-40	削除あり	145	8.85	0.10	1.08	5.13	2.72	1		×	
	AALTO	全施設	143	7.12	0.07	0.92	2.42	1.54			×	
ALB	S-38	削除あり	146	3.52	0.04	1.11	4.34	2.10	1	1.6	×	
	S-40	全施設	147	5.35	0.07	1.24	5.24	2.72			×	
	AALTO	全施設	144	4.38	0.05	1.16	3.12	2.10			×	
T-BIL	S-38	全施設	146	3.552	0.048	1.34	6.64	2.57		5.0	○	
	S-40	削除あり	145	0.697	0.021	2.99	8.97	6.61	1		11.7	◎
	AALTO	全施設	143	3.940	0.051	1.30	6.67	2.34			5.0	○
D-BIL	S-38	全施設	145	2.557	0.036	1.40	5.52	2.19		5.0	○	
	S-40	削除あり	144	0.174	0.010	5.85	28.55	17.04	1		14.8	×
	AALTO	全施設	142	2.646	0.040	1.50	5.80	2.89			5.0	○
IP	S-38	全施設	143	3.90	0.05	1.21	4.16	2.40		4.6	◎	
	S-40	削除あり	141	8.77	0.08	0.93	2.55	1.78	2		◎	
	AALTO	全施設	140	7.88	0.08	1.04	3.49	1.70			◎	
Fe	S-38	全施設	145	254.2	1.92	0.75	6.16	1.55		5.0 (16.9)	○	
	S-40	全施設	145	125.3	1.50	1.21	6.25	2.95			○	
	AALTO	全施設	142	145.8	1.55	1.10	6.95	2.22			○	
CRP	S-38	削除あり	145	3.517	0.052	1.49	8.68	3.72	2	5.0	○	
	S-40	削除あり	146	0.116	0.006	5.33	35.54	15.57	1		28.6	○
	AALTO	全施設	144	2.991	0.046	1.55	7.97	3.63			5.0	○
IgG	S-38	全施設	106	1298.9	18.49	1.42	4.08	2.87		2.3	×	
	S-40	全施設	106	1577.5	31.39	1.98	10.37	3.91			×	
	AALTO	全施設	104	999.0	16.42	1.62	8.40	3.15			×	
IgA	S-38	全施設	106	260.5	3.84	1.47	5.80	3.04		2.0	×	
	S-40	全施設	106	310.8	5.57	1.78	8.17	3.75			×	
	AALTO	全施設	104	207.9	3.76	1.78	10.78	3.25			×	
IgM	S-38	全施設	106	66.2	1.71	2.58	15.28	5.51		2.8	×	
	S-40	全施設	106	129.1	2.76	2.12	8.81	4.48			×	
	AALTO	全施設	104	80.0	2.35	2.83	14.74	6.29			×	
GLU	S-38	削除あり	146	317.6	2.15	0.68	1.39	1.11	1	2.9	◎	
	S-40	全施設	147	91.2	0.81	0.89	6.07	1.65			○	
	AALTO	全施設	144	275.1	2.20	0.80	2.36	1.33			◎	
HbA1c	GHb1	削除あり	145	5.31	0.06	1.23	4.82	2.13	1	—	—	
	GHb2	削除あり	145	9.25	0.10	1.05	4.71	2.23	1	—	—	
RBC	CBC1	削除あり	146	237.86	1.40	0.59	2.38	1.18	1	1.7	○	
	CBC2	削除あり	146	449.88	2.50	0.56	1.97	1.19	1		○	
WBC	CBC1	削除あり	145	27.71	0.61	2.25	13.45	2.54	2	7.7	○	
	CBC2	削除あり	146	64.50	1.03	1.62	14.21	2.10	1		○	
Hgb	CBC1	全施設	147	6.31	0.04	0.59	1.58	0.96		1.7	◎	
	CBC2	削除あり	146	13.36	0.07	0.52	2.88	1.23	1		○	
PLT	CBC1	削除あり	146	5.08	0.16	3.19	12.41	5.29	1	4.6	×	
	CBC2	削除あり	145	20.69	0.37	1.79	5.42	3.09	2		○	
MCV	CBC1	削除あり	146	77.58	0.50	0.64	1.49	1.12	1	—	—	
	CBC2	削除あり	143	85.26	0.49	0.58	1.49	1.06	4	—	—	

※注: 評価基準による判定は、◎=最大CV%(全施設)許容、○=95%の施設が許容

この項続く...