

表 1 月間測定における施設内・施設間変動と許容限界値との比較

月間測定における平均施設内変動					月間測定における施設間変動				
項目	許容限界(%)	S-35 (CV × 2)	S-37 (CV × 2)	AALTO (CV × 2)	項目	許容限界 (%)	S-35 (CV × 2)	S-37 (CV × 2)	AALTO (CV × 2)
TG	5.0	3.70	2.72	2.79	TG	5.0	7.64	6.44	5.67
HDL-C	4.2	4.62	3.26	3.57	HDL-C	5.0	33.36	10.55	24.15
LDL-C	4.6	6.83	3.67	3.76	LDL-C	5.0	58.37	15.52	16.96
TC	3.4	2.89	2.12	2.30	TC	4.5	4.38	2.50	4.14
CRE	2.7	2.04	3.63	2.17	CRE	7.3	3.25	6.30	3.37
UN	5.0	2.42	3.51	2.59	UN	5.0	3.95	4.65	5.30
UA	4.4	2.23	2.39	2.14	UA	5.0	2.87	2.82	2.78
AST	5.0	2.26	6.11	2.28	AST	5.0	4.39	7.85	2.96
ALT	5.0	3.87	9.41	2.69	ALT	5.0	5.43	15.09	3.35
GGT	5.0	2.53	3.90	2.64	GGT	5.0	3.60	5.93	3.76
CK	5.0	2.34	4.00	2.65	CK	5.0	4.66	6.06	3.74
ALP	3.9	3.11	3.37	3.93	ALP	5.5	4.09	4.28	5.81
LD	4.3	3.05	3.89	2.13	LD	4.4	3.23	5.43	2.89
AMY	4.8	2.50	2.50	2.18	AMY	5.0	6.12	9.97	3.18
ChE	2.6	3.38	2.19	2.23	ChE	7.1	6.63	3.77	3.41
Na	0.4	1.06	1.06	1.47	Na	1.4	1.20	1.19	1.87
K	2.6	1.65	1.52	1.62	K	2.3	1.46	1.70	2.28
Cl	0.7	1.50	1.40	1.67	Cl	2.4	2.71	1.96	5.26
Ca	1.3	2.96	2.32	2.78	Ca	2.5	5.20	3.97	6.44
TP	1.5	2.17	1.88	2.16	TP	3.9	3.53	3.81	3.97
ALB	1.6	2.95	2.42	2.77	ALB	5.9	7.04	4.63	5.37
T-BIL	5.0	3.49	6.57	2.80	T-BIL	5.1	7.15	16.27	7.08
D-BIL	5.0	4.47	13.54	3.19	D-BIL	8.5	13.52	43.32	25.83
IP	4.6	2.85	2.16	2.34	IP	5.1	4.63	3.73	3.73
Fe	5.0	1.89	2.24	2.05	Fe	5.0	3.81	4.65	6.42
CRP	5.0	3.50	13.43	4.09	CRP	11.1	5.82	31.27	7.11
GLU	2.9	1.78	2.03	1.80	GLU	3.2	2.46	2.74	2.48
IgG	2.3	5.86	3.55	3.56	IgG	5.4	9.53	7.08	9.56
IgA	2.7	4.32	4.16	4.29	IgA	5.2	6.95	6.85	13.28
IgM	3.0	6.91	5.11	6.99	IgM	7.2	9.50	12.32	22.18

この項続く

平成 20 年 12 月 1 日より、公益法人新制度がスタート...

従来の公益法人(社団法人・財団法人)は

特例民法法人(従来の主務官庁が監督)へ自動的に移行されました!

【 関連記事 】 会報 JAMT Vol.14 No.8 (平成 20 年 8 月号)