

表 2 全国の施設間精度 (CV)

項目	施設間精度 (CV)						項目	施設間精度 (CV)					
	0~ 2%	2~ 5%	5~ 10%	10~ 20%	20 ~ 100%	100% 以上		0~ 2%	2~ 5%	5~ 10%	10~ 20%	20 ~ 100%	100% 以上
AST	0	26 (66.7)	11 (28.2)	2 (5.1)	0	0	T-Bil	0	1 (2.8)	7 (19.4)	18 (50.0)	10 (27.7)	0
ALT	1 (5.1)	16 (41.0)	16 (41.0)	6 (15.4)	0	0	D-Bil	0	0	0	1 (4.8)	19 (90.5)	1 (4.8)
LD	8 (21.1)	17 (44.7)	5 (13.2)	5 (13.2)	2 (5.3)	1 (2.6)	Na	35 (94.6)	1 (2.7)	0	1 (2.7)	0	0
CK	2 (5.4)	25 (67.6)	10 (27.0)	0	0	0	K	27 (73.0)	7 (18.9)	2 (5.4)	0	0	1 (2.7)
ALP	0	27 (73.0)	7 (18.9)	3 (8.1)	0	0	Cl	23 (62.2)	12 (32.4)	1 (2.7)	1 (2.7)	0	0
γ-GT	0	31 (79.5)	4 (10.3)	4 (10.3)	0	0	Ca	3 (9.1)	27 (81.8)	1 (3.0)	1 (3.0)	0	1 (3.0)
AMY	1 (2.8)	12 (33.3)	8 (22.2)	13 (36.1)	2 (5.6)	0	IP	4 (14.3)	20 (71.4)	3 (14.7)	1 (3.6)	0	0
ChE	0	9 (27.3)	3 (9.1)	8 (24.2)	4 (12.1)	9 (27.3)	Fe	3 (10.7)	20 (71.4)	4 (14.3)	1 (3.6)	0	0
TC	13 (33.3)	25 (64.1)	1 (2.6)	0	0	0	GLU	23 (59.0)	16 (41.0)	0	0	0	0
TG	0	30 (76.9)	7 (17.9)	1 (2.6)	1 (2.6)	0	HbA1c	5 (20.8)	16 (66.7)	2 (8.3)	1 (4.2)	0	0
HDL-C	1 (2.6)	12 (30.8)	18 (46.2)	6 (15.4)	2 (5.1)	0	IgG	0	12 (85.7)	2 (14.3)	0	0	0
LDL-C	1 (3.1)	14 (43.8)	6 (18.8)	5 (15.6)	6 (18.8)	0	IgA	6 (42.9)	6 (42.9)	2 (14.3)	0	0	0
UN	2 (5.3)	34 (89.5)	2 (5.3)	0	0	0	IgM	4 (28.6)	7 (50.0)	3 (21.4)	0	0	0
CRE	1 (2.6)	22 (56.4)	12 (30.8)	3 (7.7)	1 (2.6)	0	RBC	11 (45.8)	12 (50.0)	1 (4.2)	0	0	0
UA	7 (18.4)	26 (68.4)	3 (7.9)	0	2 (5.3)	0	WBC	1 (4.0)	9 (36.0)	10 (40.0)	4 (16.0)	0	1 (4.0)
CRP	0	1 (2.7)	22 (59.5)	7 (18.9)	7 (18.9)	2 (5.4)	Hb	18 (72.0)	6 (24.0)	1 (4.0)	0	0	0
TP	11 (28.9)	26 (68.4)	1 (2.6)	0	0	0	PLT	0	5 (20.8)	15 (62.5)	3 (12.5)	1 (4.2)	0
ALB	2 (5.6)	26 (72.2)	8 (22.2)	0	0	0	MCV	7 (50.0)	7 (50.0)	0	0	0	0

上段は都府県の数、下段は検査項目毎の割合 (%)

注：複数の測定試料を用いた場合は、最も悪い CV% を採用

平成 21 年度各地区学会の開催(予定)

- ◆ 第 84 回北海道医学検査学会
日 程：平成 21 年 10 月 17 日(土)~18 日(日)
会 場：函館国際ホテル(北海道函館市)
学会長：松田直哉
- ◆ 第 50 回東北医学検査学会
日 程：平成 21 年 10 月 31 日(土)~11 月 1 日(日)
会 場：アトリエオン(秋田県秋田市)
学会長：未 定
- ◆ 第 46 回関東甲信地区医学検査学会
日 程：平成 22 年 2 月 6 日(土)~7 日(日)
会 場：幕張メッセ(千葉県千葉市)
学会長：森 重彦
- ◆ 第 48 回中部医学検査学会
日 程：平成 21 年 11 月 7 日(土)~8 日(日)
会 場：三島市民文化会館 (静岡県三島市)
学会長：泉 正和

- ◆ 第 49 回近畿医学検査学会
日 程：平成 21 年 11 月 28 日(土) ~29 日 (日)
会 場：京都市勧業館 みやこめッセ(京都府京都市)
学会長：今井 秀一
- ◆ 第 42 回中国四国医学検査学会
日 程：平成 21 年 10 月 31 日(土)~11 月 1 日(日)
会 場：サンポート高松 (香川県高松市)
学会長：野村 務
- ◆ 第 44 回九州医学検査学会
日 程：平成 21 年 10 月 10 日(土)~11 日(日)
会 場：アルカス SASEBO(長崎県佐世保市)
学会長：丸田秀夫

